



질병관리청

중앙방역대책본부



수신 수신자 참조

(경유)

제목 코로나19 예방접종 백신 보관 관리 철저 안내

1. 코로나19 예방접종 업무로 인한 귀 기관의 노고와 협조에 감사드립니다.
2. 관련 : 코로나19예방접종대응추진단-14272(2022.9.16.) 호
3. 코로나19 예방접종을 위해 보건소 및 위탁의료기관으로 배송된 백신의 관리 미흡으로 인한 온도일탈 및 백신폐기 사례가 지속적으로 발생하고 있습니다.

< 주요 온도일탈 사례 >

○ 백신관리 담당자 업무 미숙

- 백신 보관장비의 적정온도(2~8℃) 미유지
- 백신 보관장비 내부 온도기록장치의 알람기능 설정 오류, 온도일탈 알람 무시
- 온도일탈 사고 발생 시 보고 지연

○ 백신 보관장비 이상

- 냉장고 이상 작동·고장, 전원공급 불량(멀티탭 이용, 플러그 빠짐, 시설 정전 등)
- 온도계 고장, 적정성능의 장비 미보유 등

4. 각 협회에서는 소속 회원 의료기관에 주요 온도일탈 사례 및 다음의 강조사항을 반드시 전파하여 주시고, 백신의 온도일탈로 인한 폐기가 발생하지 않도록 안내하여 주시기 바랍니다.

< 강조사항 >

○ 백신관리 담당자는 「코로나19 백신 보관·수송관리 지침」에 따라 백신 관리

- 지침의 내용을 숙지하고, 출력하여 백신보관 장비가 있는 곳에 비치
- 백신 보관장비의 기본 관리법을 숙지하고 비상시 연락처 등을 장비 외부에 표시
- 백신 보관장비의 정상작동 여부를 확인

○ 온도일탈 발생 즉시 보고절차에 따라 보고하고, 질병관리청의 회신이 있을 때까지 임의폐기 하지 않고 냉장보관

* 보고절차 : 접종기관 → 보건소 → 질병관리청

○ 하절기 온도상승 대비 백신 보관장비 내부의 온도변화 관리 철저

○ 붙임의 체크리스트를 활용하여 백신의 관리상태를 지속적으로 확인

붙임. 백신보관 냉장고 일일 체크리스트. 끝.

중앙방역대책본부장



수신자 대한의사협회, 대한병원협회

선임연구원 **김윤주** 보건연구사 **김주애** 행정사무관 **손장우** 백신수급팀장 **박준구** 전결 2023. 8. 11.

협조자

시행 중앙방역대책본부-9600 (2023. 8. 11.) 접수

우 28159 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 187, 인체자원은 / <http://www.kdca.go.kr>
행 2층

전화번호 043-719-6811 팩스번호 043-719-6829 / puppy8099@korea.kr / 대국민 공개

질병정보 궁금할때, 감염병이 의심될 때 질병관리청 콜센터 1339