



## 환자대상 정보소식

# 안전한 투약을 위해 의료진 외 기기 조작금지

게시일 2023-11-28 (화)

### 환자안전사고 사례

의약품 주입펌프를 사용 중이던 환자가 화장실을 다녀오기 위해 임의로 기기를 제거하여 수액이 빠르게 주입되면서 갑작스러운 가슴통증 발생

### 사고 원인

의료진이 아닌 관련 직원, 환자, 보호자 등이 의약품 주입을 위한 기기를 임의로 조작

### 예방 대책

수액 주입과 관련하여 도움이 필요할 경우 즉시 의료진에게 알리기

### 의약품 주입펌프란?

정맥주사용 약품을 일정한 속도와 정확한 용량으로 주입하기 위해 사용하는 기기



의약품  
주입펌프



실린더식  
의약품 주입펌프



환자대상  
정보소식



환자안전보고학습시스템



안전한 투약을 위해

## 의료진 외 기기 조작금지



환자안전 함께하기



알람이  
울리는 경우



환자복을  
갈아입는 경우



검사실·화장실 등  
이동하는 경우

**임의로 조작하지 않고,  
즉시 의료진에게 알려주세요!**

**수액 주입 속도가 달라져 치명적인 손상이 발생할 수 있어요**



중앙환자안전센터  
Central Patient Safety Center



의료기관평가인증원  
Korea Institute for Healthcare Accreditation

※ 위 안내문은 의료기관에서 의약품 주입펌프에 부착하여 활용 가능하며  
세부사항은 첨부파일 참고



‘함께 보고하고 함께 보호받는’  
환자안전 보고학습시스템, KOPS



\* 환자안전 보고학습시스템 운영 목적은 개별 보건의료기관의 책임소재 파악 및 환자의 피해구제가 아닌 유사 환자안전사고를 예방하고 재발을 방지하기 위한 개선 대책을 마련하고 공유하는데 있습니다.

\* 환자안전의 주체로서 환자 및 보호자들의 적극적이고 능동적인 환자안전활동을 지원하기 위하여 다양한 정보를 환자안전 보고학습시스템(KOPS)과 환자안전 소통 플랫폼(Safety Hero)에서 확인 가능하오니 활용하여 주시기 바랍니다. 환자·보호자의 환자안전활동 참여는 안전한 의료환경 조성에 큰 도움이 됩니다.



환자안전보고  
학습시스템 바로가기!



중앙환자안전센터  
Central Patient Safety Center



의료기관평가인증원  
Korea Institute for Healthcare Accreditation