

우: 04427 서울특별시 용산구 이촌로46길 37[<http://www.kma.org>]/전화(02)6350-6536 전송(02)793-8702  
의무법제국장 곽석철(6573)/ 의무팀장 박일현(6540)/ 팀원 조시형(6536)/ E-mail: kmamedia@naver.com

문서번호 대의협 제0626-06622호

시행일자 2025. 9. 16.

수 신 수신처 참조

참 조

제 목 품질부적합 의료기기 시정조치 종료 통보 및 판매중지 명령 해제 알림\_  
(주)아산메디칼(경인지방식품의약품안전청)

1. 귀회의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 관련 근거 : 경인지방식품의약품안전청 의료제품안전과-15838(2025. 9. 10.)

3. 상기 호에 의거하여, 경인지방식품의약품안전청에서 판매중지 등 명령한 다음의 의료기기에 대하여 시정조치 종료 및 판매중지 명령 해제를 우리 협회에 알려 온 바, 이를 전달드리오니 귀회 소속 산하단체 및 회원에게 널리 안내하여 주시기 바랍니다.

- 업체명(업종, 허가번호) : (주)아산메디칼(수입, 제1216호)
- 품목명(인증번호) : 점착성투명창상피복재(수인17-4251호)
- 시정·예방조치 통보 및 판매중지 명령
  - 일자 : 2025. 7. 24.(목)
  - 사유 : 수거·검사 부적합(물리·화학적 특성에 관한 시험 : 과망간산칼륨 환원성물질, 자외선흡수스펙트럼, 점착력)
- 시정조치 종료 및 판매중지 명령 해제
  - 일자 : 2025. 9. 10.(수)
  - 사유 : 부적합 원인 분석 후 시정조치 완료

※ 불 입 : 경인지방식품의약품안전청 관련 공문 1부. 끝.

# 대한 의 사 협 회 장

“국민의 건강과 행복, 의협이 함께 합니다”



수신처 : 각시도의사회장, 대한의학회장(26개 전문과목학회장), 대한개원의협의회장  
(각과개원의협의회장), 대한병원의사협의회장, 대한전공의협의회장, 대한공  
중보건의를사협의회장, 한국여자의사회장, 대한병원장협의회장